

COTYLE XLMOB

Informations patient

1) Identification de l'implant

Les informations d'identification de votre implant sont disponibles sur la carte d'implant qui vous a été transmise après l'opération.

2) Description de l'implant

Le cotyle XLmob est un implant qui permet le remplacement de la cavité cotyloïdienne naturelle située dans l'articulation de la hanche. Il s'assemble avec un autre implant appelé tête fémorale qui est placé sur une tige fémorale positionnée dans le fémur. Ces implants sont fabriqués par PROTHEOS Industrie.

Il existe plusieurs modèles de cotyles XLmob afin que votre chirurgien puisse choisir l'implant le plus adapté à votre anatomie.

3) Matériaux / Substances

Le cotyle XLmob est composé d'une cupule en acier inoxydable à haute teneur en azote M30NW (ISO 5832-9), d'un insert en polyéthylène à très haute masse moléculaire conventionnel (ISO5834-1/2) ou d'un insert en polyéthylène (ISO 5834-1/2) hautement réticulé en vitamine E (Chirulen® 1020 E chargé avec 0,1% de vitamine E) et pour les XLmob sans ciment, d'un revêtement de titane pur TiGrowth-C (ISO 13779-1) et d'hydroxyapatite (ISO 13779-2).

Cet implant peut contenir du Fer, du Chrome, du Nickel, du Manganèse, du Molybdène, du Niobium, du Silicium, de l'Azote et du Cuivre en quantité significative et des traces de tous les autres éléments jusqu'à 0,1%. De plus pour la version sans ciment, l'implant peut contenir également en quantité significative du Titane, du Phosphate et du Calcium. Cet implant contient également du polyéthylène. Par ailleurs, le cotyle XLmob ne contient pas de substances CMR (cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction) ou de perturbateurs endocriniens tels que mentionnés au paragraphe 10.4.1 de l'annexe I du Règlement (UE) 2017/745.

4) Indications

Les cotyles XLmob sont destinés à être utilisés pour remplacer la partie cotyloïdienne de l'articulation de la hanche. Ils sont indiqués dans les traitements suivants :

- Destruction avancée de l'articulation
- Fracture du col du fémur
- Nécrose avasculaire de la tête fémorale

Pour toute question relative au déroulé de votre intervention chirurgicale, n'hésitez pas à vous adresser à votre chirurgien.

5) Avertissements et précautions

Grâce aux progrès réalisés dans le domaine du remplacement de l'articulation de la hanche (arthroplastie), votre chirurgien peut maintenant rétablir la mobilité de l'articulation et réduire la douleur en ayant recours aux implants fabriqués par PROTHEOS Industrie. Cependant, certains facteurs sont susceptibles de compromettre le succès de votre implantation :

- Ostéoporose sévère
- Déformation importante, luxation congénitale
- Tumeurs osseuses locales
- Troubles systémiques ou métaboliques
- Maladies infectieuses
- Toxicomanie et/ou tendance à l'abus de drogues et de médicaments

- Obésité
- Pratique d'activités physiques intenses ou mouvements répétitifs qui soumettent la prothèse à des charges excessives (travail physique pénible, compétition, course à pied, etc.)

Lorsque l'implantation de cette prothèse est considérée par votre chirurgien comme étant nécessaire et que vous présentez un ou plusieurs des facteurs mentionnés ci-dessus, il doit vous informer de l'influence que peut (ou peuvent) avoir celui-ci (ou ceux-ci) sur la réussite de l'intervention.

Par ailleurs, vous devez également prendre en considération les éléments suivants :

- La sécurité et la durabilité de l'implant dépendent de votre poids et de votre comportement, notamment votre activité physique
- Il est fortement recommandé que vous respectiez les instructions de soins et traitement rééducatifs post-opératoires

Votre chirurgien doit vous indiquer les moyens vous permettant de réduire tout facteur de risques particulier.

6) Informations de sécurité liées à l'IRM

Avant tout examen médical, vous devez systématiquement mentionner que vous êtes porteur d'un implant orthopédique chirurgical.

Des tests non cliniques ont démontré que les implants PROTHEOS sont compatibles avec l'IRM sous certaines conditions. Vous pouvez subir un examen à résonance magnétique en toute sécurité dans un appareil respectant les conditions suivantes :

- Champ magnétique statique de 1,5 Tesla (1,5 T) ou 3,0 Tesla (3,0 T)
- Champ de gradient spatial maximum égal à 21,8 T/m pour 1,5 T et 11,1 T/m pour 3,0 T
- Moyenne du débit d'absorption spécifique (DAS) maximum démontré pour le système à résonance magnétique pour le corps entier inférieure à 2,0 W/kg pour 1,5 T et 3,0 T en mode de fonctionnement normal

7) Durée de vie et retrait de l'implant

Le cotyle XLmob est destiné à être implanté sur le long terme, cependant sa durée de vie est limitée et cet implant pourra être amené à être remplacé.

Veillez-vous adresser à votre chirurgien pour connaître la durée de vie prévue de cet implant ainsi que le suivi éventuel qu'il préconise.

8) Effets indésirables

Suite à l'implantation d'un cotyle XLmob, vous pouvez être confronté à des effets indésirables.

Veillez avertir votre chirurgien de tout effet négatif notable en lien avec votre implant. Vous pouvez également contacter votre chirurgien si vous êtes inquiet.



PROTHEOS Industrie

**Parc d'activités de l'aérodrome
25420 COURCELLES LÈS MONTBÉLIARD
FRANCE**

Téléphone : +33 (0)3 81 31 21 00

E-mail : info@protheos.fr

Site : www.protheos.fr

